

Техническое задание на анализатор мочи CL-50 (HTI), США

| | Параметр | Требование технического задания | Соотв. требованию (да/нет) | Примечание |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | Общая характеристика | | | |
| | Анализатор мочи полуавтоматический | 1 шт. | | |
| 2 | Общие требования | | | |
| | Количество измеряемых параметров | 10 | | |
| | Изменяемые параметры | уробилиноген, билирубин, кетоны, эритроциты, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельная плотность, рН | | |
| | Производительность | 120 мочевых тест-полосок в час | | |
| | Память | 1000 результатов | | |
| | Язык меню | Английский | | |
| 3 | Расходные материалы | | | |
| | Мочевые тест-полоски | UrineRS H-10 | | |
| 4 | Измерение | | | |
| | 6 монохроматических фильтров | 400 нм, 525 нм, 560 нм, 610 нм, 660 нм, 940 нм | | |
| 5 | Результаты | | | |
| | Качественный и полуколичественный анализ | обязательно | | |
| | Встроенный термопринтер | наличие | | |
| 6 | Контроль качества | | | |
| | Калибровочные тест-полоски | 2 шт. (входят в комплектацию) | | |
| 7 | Подключение к компьютеру | | | |
| | Порт RS-232 | наличие | | |
| | ПО и кабель для подключения к компьютеру | в комплекте | | |
| 8 | Габариты | | | |
| | Размеры | не превышают 290 мм х 220 мм х 100 мм | | |
| 9 | Документы | | | |
| | Инструкция на русском языке | Наличие | | |
| | Регистрация в Минздраве Украины | Наличие | | |